BALLONS D'ECHO ENDOSCOPIE ET D'ECHO PONCTION

Référence	IMP/84420	IMP/84460
Compatible	Fujinon BS-100E	Olympus GF UM 20 / GF UM2 / EG-3670-URK
Schéma		
Longueur :	13 – 18 mm	16 – 26 mm

Référence	IMP/84465	IMP/86642
Compatible	Olympus MH 525	Pentax 32 UA / 34UX – 38UX / 10x33 / EG-3870-UTK (+ élastique IMP/3381635)
Schéma		
Longueur :	10 – 14 mm	31 – 34 mm

Référence	IMP/84425
Compatible	Olympus MAJ213 / UCT-140-AL5 / UE160 – UCT-160 / UC-160/
Schéma	
Longueur :	18 – 22mm

Données techniques pour toutes les références :	
Epaisseur du film / Film thickness :	0,2 – 0,24 mm
Bordure / Bead :	1,5 – 2,5 mm
Tolérance moyenne / General Tolerance :	+/- 5%

Dispositif médical de classe I - Fabriqué par Microtek Medical B.V. (NL) – Marquage CE en auto certification - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - Dispositif non remboursé par les assurances maladies

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :
Latex, Caoutchouc naturel, Agenasorbe 9020, Agent de protection

Présence de :

Latex :	☑ Oui	❑ Non
Produit d'origine animale :	❑ Oui	☑ Non
PVC :	❑ Oui	☑ Non
Phtalate et DEHP :	❑ Oui	☑ Non
Bisphénol A :	❑ Oui	☑ Non

Contre-indications : Le Latex, Caoutchouc naturel est susceptible de provoquer des allergies

Stérilité :

Stérile :	❑ Oui ☑ Non
Nombre d'utilisations :	Usage Unique

Conservation :
Conditions de conservation: Conserver à l'abri de la lumière
Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Présence d'un code barre :	☑ GS1-128	❑ HIBC	❑ Non
Avec les informations :	☑ Référence	☑ N° de lot	☑ Date de péremption

Utilisation :
Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant :

Fabricant :	Microtek Medical B.V.
Pays :	Netherlands

Marquage CE :
Produit de classe I
marquage CE en auto-certification
Déclaration de conformité du fabricant, selon la directive européenne 93/42/CEE et ses amendements.